

An alle, die es betrifft

Bestätigung der Herstellerfirma - Sicherheit im Flugzeug -

Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG
Kronsaalsweg 40 ▪ 22525 Hamburg ▪ Germany

Hiermit bestätigen wir, dass es sich bei den folgenden Schlaftherapiegeräten um
therapeutische Medizinprodukte handelt:

prisma20C (WM100TD)
prisma20A (WM100TD)
prismaCR (WM100TD)
prisma25S (WM100TD)
prisma25S-C (WM100TD)
prisma25ST (WM100TD)
prisma30ST (WM100TD)
prismaLAB (WM100TD)
prisma SMART (WM090TD)
prisma SOFT (WM090TD)
prisma SMART plus (WM090TD)
prisma SOFT plus (WM090TD)
prisma SMART max (WM090TD)
prisma SOFT max (WM090TD)
prismaAQUA (WM100TH)

Die Geräte sind für den Transport und die Verwendung in Flugzeugen geeignet und
erfüllen die Anforderungen gemäß RTCA/DO-160G Section 21, Category M.

Julia
Lewalter
Digital
unterscriben
von Julia Lewalter
Datum: 2024.08.06
07:06:00 +02'00'

Julia Lewalter
Regulatory Affairs Manager
Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

seit 1988	Burbach+Goetz Deutsche Sanitätshaus GmbH	
Stegemannstraße 5 – 7 56068 Koblenz		Telefon: 0261 13388-0 Telefax: 0261 13388-22
www.burbach-goetz.de		info@burbachgoetz.de